

# Langzeit - Radonmessung (Mindestmesszeit vier Wochen)

## 1. Adresse des gemessenen Gebäudes:

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Bundesland: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

2. Baujahr (Sollte das Baujahr nicht bekannt sein, bitte eine Schätzung vornehmen): \_\_\_\_\_

## 3. Keller:

ohne Keller  teilweise unterkellert  voll unterkellert

## 4. Fundament:

Betonplatte  teilweise betoniert  Naturboden  nachträglich betoniert

## 5. Angaben über die Messung(en):

| Exposimeter-Nr. | Start der Messung | Ende der Messung | KG/EG/OG | Raum | Bewohnt? |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|------|----------|
|                 |                   |                  |          |      |          |
|                 |                   |                  |          |      |          |
|                 |                   |                  |          |      |          |
|                 |                   |                  |          |      |          |

## 6. Bemerkungen/abweichende Postadresse:

## 7. Messanleitung:

- Bitte die Exposimeter innerhalb eines Monats nach Empfang zur Anwendung bringen.
- Entnahme des Messgerätes aus der Verpackung (Verpackung aufbewahren).
- Messgerät bitte so aufstellen, dass **das kreisförmige Etikett mit der Nummer nach oben** zeigt.
- Der Aufstellort des Messgerätes richtet sich nach den Gegebenheiten des Raumes (z.B. auf einem Schrank oder Regal). Der Abstand zur Wand sollte mehr als 20 cm betragen.
- Die unmittelbare Nähe zu Fenstern, Heizungen und Lüftungsanlagen sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Dauerhafte Umgebungstemperaturen von mehr als 35 °C ebenso.
- Notieren Sie bitte den Messbeginn (Datum und Uhrzeit) in der Tabelle.
- Die Messzeit beträgt je nach Aufgabenstellung 1-12 Monate. Die gesetzliche Vorgabe von 12 Monaten gemäß §155 StrlSchV bei Messungen an Arbeitsplätzen in Innenräumen (§126 und §127 StrlSchG) wird auch durch mehrere, aufeinander folgende Einzelmessungen erfüllt.
- Die Messgeräte sollten während dieser Zeit nicht an einen anderen Ort verschoben werden.
- Nach Beendigung der Messung senden Sie bitte das Messgerät zusammen mit dem ausgefüllten Blatt (Ende der Messung eintragen!) in der mit Klebeband verschlossenen oder mehrfach gefalteten Verpackung schnellstmöglich zur Auswertung an unser Prüflabor in **Striegistal**.

## 8. Hinweis zum Datenschutz

Die hier erhobenen Daten werden nur zur Bearbeitung dieses Prüfauftrages verwendet. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe der Daten und Prüfergebnisse an Dritte erfolgt nicht.

## 9. Erklärung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Messanleitung eingehalten habe und die von mir gemachten Angaben richtig sind.

-----  
Datum

-----  
Unterschrift

Die Exposimeter nach der Messung an die folgende Adresse senden:

**ALTRAC Prüflabor  
Dittersdorfer Str. 5  
09661 Striegistal**